

**ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE
ACLARACIONES**
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-38-90G-03890G999-N-33-2023
"ARRENDAMIENTO DE CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS
ACOPLADO A UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS"
(SEGUNDA VUELTA)

EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS **16:42 HORAS**, DEL DÍA **MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** EN LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN LA CALLE OMEGA NÚMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, C.P. 37545, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE CONTINUAR CON LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.3 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA.

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **LIC. EDUARDO AGUILAR PADILLA**, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN EL INCISO F) DEL ARTÍCULO 19 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CIATEC, A.C., EN RELACIÓN CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, EN CONCORDANCIA CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY; INCISO A) DE LA FRACCIÓN VI DEL LINEAMIENTO CUARTO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL CAPÍTULO PRIMERO DEL "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS", PUBLICADO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUIEN AL CONTINUAR ESTA JUNTA, COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46, FRACCIONES II Y IV DEL REGLAMENTO, SOLAMENTE SE ATENDERÁN LAS PREGUNTAS FORMULADAS RESPECTO DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE EN EL PRESENTE JUNTA.

QUIEN PRESIDE, SEÑALA QUE SE RECIBIERON REPREGUNTAS DE LA SIGUIENTE PERSONA:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE REPREGUNTAS
1	PROVEEDORA QUÍMICO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	2

POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS REPREGUNTAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS, PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR EL INTERESADO, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

REPREGUNTAS PRESENTADAS POR **PROVEEDORA QUÍMICO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.**

No.	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
1	2. EN RELACIÓN CON EL REGULADOR DE VOLTAJE, CON SUPRESOR DE PICOS Y FILTRADO DE RUIDO. SE PIDE CONFIRMAR SI LO AHÍ DESCRITO DESCRIBE UNA CARACTERÍSTICA Y NO UN EQUIPO ESPECÍFICO; Y SI ESTA CARACTERÍSTICA LA PROVEE EL MISMO UPS, ES CONSIDERADO ACEPTABLE.	EN RELACIÓN CON EL REGULADOR DE VOLTAJE, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE EL TIEMPO DE RESPALDO DE 4 MINUTOS AL 100% DE LA CARGA ES ADECUADO Y NO 5 AL 100% COMO SE SOLICITA; TOMANDO EN CUENTA QUE EL INSTRUMENTO OFRECIDO GENERARÁ UN CONSUMO DEL 75% DE LA CARGA TOTAL EN OPERACIÓN NORMAL Y QUE A ESE PORCENTAJE EL TIEMPO DE RESPALDO ES DE 8 MINUTOS	SE CONFIRMA QUE EL TIEMPO DE RESPALDO DE 4 MINUTOS AL 100% DE LA CARGA ES ADECUADO.

**ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE
ACLARACIONES**
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-38-90G-03890G999-N-33-2023
"ARRENDAMIENTO DE CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS
ACOPLADO A UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS"
(SEGUNDA VUELTA)

2	6. SE PIDE CONFIRMAR SI LA ESPECIFICACIÓN DEL MÓDULO DE AUTOMUESTREADOR (UHPLC) EL ALCANCE DE VOLUMEN DE INYECCIÓN DE 0.1 A 25 UL ES ACEPTABLE, YA QUE ESTO NO REPRESENTA UNA DIFERENCIA PRÁCTICA SUSTANCIAL EN COMPARACIÓN CON EL VALOR SOLICITADO DE 0.01 A 25 UL	EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA Y CON EL MÓDULO DE BOMBAS BINARIO EN DONDE SE PIDE "PRECISIÓN DE FLUJO: <0.05% RSD O <0.01 MIN SD", LO QUE SEA MÁS GRANDE" SE SOLICITA CONFIRMAR QUE UNA PRECISIÓN DE FLUJO: <0.06% RSD O <0.02 MIN SD ES ACEPTABLE	EL CRITERIO DE PRECISIÓN DE FLUJO DEBE SER DE: <0.05% RSD O <0.01 MIN SD.
---	---	---	---

SE DEJA ASENTADO QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 26 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 45 DE SU REGLAMENTO, A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE O PERSONA QUE MANIFESTARA SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN EL MISMO.

SE INFORMA QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, SE REALIZARÁ EL DÍA **JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE** DEL AÑO EN CURSO A LAS **10:00 HORAS**, EN LAS INSTALACIONES DE CIATEC Y A TRAVÉS DE COMPRANET, SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE SIN LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, POR LO QUE DESPUÉS DE ESA HORA NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN OBSERVADOR.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA CONVOCANTE, SITO EN CALLE OMEGA NÚMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>

NO EXISTIENDO MÁS ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO POR TERMINADA ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS **16:48 HORAS** DEL DÍA **MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023**.

ESTA ACTA CONSTA DE **3 HOJAS**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. EDUARDO AGUILAR PADILLA.	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.	
MTRO. VÍCTOR HUGO ROBLEDO ZACARÍAS.	COORDINADOR DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS.	



CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS



**ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE
ACLARACIONES**
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-38-90G-03890G999-N-33-2023
"ARRENDAMIENTO DE CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS
ACOPLADO A UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS"
(SEGUNDA VUELTA)

LIC. ERIKA SALDÍVAR GODÍNEZ.	RESPONSABLE DE LICITACIONES Y CONTRATOS.	
MTRO. RUBÉN OMAR JIMENEZ OLIVARES.	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CIATEC, A. C.	